

名称：苏州市吴江区检验检测中心（苏州市吴江区计量测试所）

地址：江苏省苏州市吴江区开平路 550 号

注册号：CNAS L1861

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2023 年 01 月 19 日 截止日期：2025 年 01 月 08 日

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

附件 3 认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
一、洁净室						
1	洁净工作台	1	空气洁净度	洁净工作台 JG/T292-2010 7.4.4.6		2023-01-19
		2	风速	洁净工作台 JG/T292-2010 7.4.4.3		2023-01-19
		3	噪声	洁净工作台 JG/T292-2010 7.4.4.8		2023-01-19
		4	振动幅值	洁净工作台 JG/T292-2010 7.4.4.10		2023-01-19
		5	照度	洁净工作台 JG/T292-2010 7.4.4.9		2023-01-19
二、测量仪器（检测设备）						



No. CNAS L1861

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
1	医药产品冷链物流温控设施设备	1	温度	医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 3,4,5,6		2023-01-19

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



No. CNAS L1861